

**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ**

**ДОПЪЛНЕНИЕ от 15.06.2015г. към Р Е Ш Е Н И Е от 11.06.2014 г.**

Поради допуснатата техническа грешка в частта „ОТСТРАНЯВАМ“ на Решението от 11.06.2015г. добавям следното:

**I. ОТСТРАНЯВАМ**

**На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП**

За номенклатура № 2 от обособена позиция №2 - „КРИСТЪЛКЛИЪР“ ООД

Мотиви:

С участника има сключен договор от 18.07.2014 година за доставка на диализатори полисулфон или полиетерсулфон за стерилизация, чрез гама лъчи. Същият договор е прекратен на 29.04.2015 година. Основание за прекратяването му е доставката на некачествени диализатори полисулфон или полиетерсулфон за стерилизация, чрез гама лъчи.

	<b>2.Диализатор полисулфон или полиетерсулфон за стерилизация чрез гама лъчи</b>
1	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 1.3$ м <sup>2</sup>
2	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 1.5$ м <sup>2</sup>
3	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 1.8$ м <sup>2</sup>
4	Диализатор полисулфон или полиетерсулфон $\geq 2.0$ м <sup>2</sup>
5	Кръвни линии за апарат "Fresenius"
6	Фистулни игли 16G

Поради факта, че участника участва с диализатори от същия производител и със същите параметри, комисията приема, че диализаторите не отговарят на техническите изисквания заложен в документацията за участие, а именно:

При изпълнение на доставките по договор между МБАЛ АД Ловеч и „КРИСТЪЛКЛИЪР“ ООД през 2014г. са постъпили множество рапорти от отделението по хемодиализа за некачествени диализатори доставяни от участника. Предлагащите диализатори показват трайни дефекти, водещи до кръвозагуба, болки и създаване на състояние застрашаващо здравето на пациентите. Налага се при процедури на един пациент да се извършва подмяна на няколко диализатора, което води до реално оскъпяване на разходите на Възложителя и нарушаване на нормалния ритъм на работа на отделението по хемодиализа. Комисията счита, че се касае за изделия са от жизнена важност за пациентите и същите следва да отговарят на критериите за качество посочени в техническата спецификация при провеждане на обществената поръчка и да са в състояние да изпълняват предназначението си, което поради горните мотиви не е налице при този участник..

II. На основание чл. 73, ал.3 от ЗОП настоящото допълнение към Решение от 11.06.2015г. да се изпрати на кандидатите и се публикува в Профила на купувача.

III. Копие от настоящето решение да се връчи по компетентност на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

IV. Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на съобщаването, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 и следващи от ЗОП.

Съгласувано с юрист: *У. Чот 531А*  
Б. Караиванов

ПРОКУРИСТ: *У*  
Д-Р ДОНКА МИНКОВА

