



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР.ЛОВЕЧ
✉ 5500, ул."Съйко Съев" 27, ☎068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg, mail@mbal-lovech.com
web page: www.mbal-lovech.com

Изх.№ *279* /11.07.2015 год.

ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ "проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД ЛОВЕЧ“ ОП с УИН 00732-2018-0009.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване регистрирано с вх.№ 278/10.07.2018г. на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, съгласно чл.180, ал.2 от ЗОП , Ви отговаряме следното:

1. Въпрос.

В документацията за участие, част III.ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ, т.18 Ценовото предложение се изготвя и представя съгласно трилoжения образец /Образец № 10 / на хартиен носител подписан и подпечатан.Единичната цена за единица мярка без ДДС може да бъде записана до 5 (пети) знак след десетичната запетая и не трябва да превишава прогнозната стойност описана в Раздел"І", т.5 ОТ Документацията за участие.

Предлаганата цена следва да бъде твърда, крайна цена в левове, която не подлежи на промяна за срока на действие на договора и включва всички разходи, данъци, такси, транспорт, мита и др /включително пълната стойност на всички нейни възли, детайли, кабели, аксесоари и др./ . Цената следва да включва всички разходи на изпълнителя за доставка на апаратурата, проектиране за преустройство на помещение за разполагане на Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа, гаранционна поддръжка и регистрация.

Бихте ли потвърдили, че предлаганата цена трябва да включва само изработване на лъчезащитен проект за предлаганата апаратура, а не проектиране за преустройство на помещение за разполагане на Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо?

Отговор:

Съгласно Решение за откриване на процедура № 20 от 05.07.2018г, Обявление за поръчка с дата 05.07.2018г. и Документация за участие проектиране за преустройство на помещение за разполагане на Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо и описанието на на обществената поръчка : Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна зала в ортопедичен сектор КЪМ МБАЛ "проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД ЛОВЕЧ", монтаж: настройки, пускане в експлоатация, обучение за работа с него, съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.

Изпълнението на поръчката обхваща:

1. Доставка на апаратурата, нова, не демонстрационна, неупотребявана, придружена с оригинална техническа документация и пълната останала необходима документация - в оригинал и с превод на български език. вкл. сертификата за качество, ръководство /инструкция/ за експлоатация, гаранционна карта;
2. Извършване на настройки и техническо изпитване на апаратурата. съгласно изискванията на производителя;
3. Извършване на пусков качествен контрол на системата;
4. Изготвяне на пълната необходима документация за лицензиране на апаратурата, която възложителят подава пред АЯР;
5. Пускане в експлоатация на апаратурата, след получаване на лицензия от АЯР;
6. Обучение на персонала на Възложителя за работа с апаратурата. Изпълнителят поема гаранционното обслужване на доставената апаратура за срок минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола за пускане на апаратурата в експлоатация. Гаранционният срок важи за цялата апаратура, включително за рентгеновата тръба.

Ценовото предложение се изготвя и представя съгласно приложения образец **/Образец № 10 /** на хартиен носител подписан и подпечатан.

Възложителя е заложил предлаганата от участниците цена да включва изготвяне на пълната необходима документация за лицензиране на апаратурата, която възложителят подава пред АЯР – изготвяне на лъчезащитен проект на предлаганата от участника **мобилна рентгенова система, тип С рамо** за пускането ѝ в експлоатация в помещение на Възложителя, а не проектиране за преустройство на помещение за разполагане на Мобилна дигитална рентгенова система тип С-рамо

Настоящото да се приобщи към документацията по настоящата обществена поръчка, като се публикува в сайта на МБАЛ“ПРОФ.Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД гр.Ловеч към преписка 00732-2018-0009.

Чл.2 ЗЗЛД

Изпълнителен директор:.....
д-р Анка Георгиева

Чл.2 ЗЗЛД

Съгласувано с юрист:.....
Адвокат МАРИАНАИВАНОВА