



МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР.ЛОВЕЧ
✉ 5500, ул."Съйко Съев" 27, ☎ 068/603381, факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg, mail@mbal-lovech.com
web page: www.mbal-lovech.com

Изх.№ 282 /25.07.2018 год.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова мобилна рентгенова система, тип С рамо за нуждите на Операционна зала в ортопедичен сектор [СЪМ МБАЛ "проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"АД ЛОВЕЧ" ОП с УИН 00732-2018-0009.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване регистрирано с вх.№ 281/23.07.2018г. на основание чл.180, ал.1 от ЗОП, съгласно чл.180, ал.2 от ЗОП , Ви отговаряме следното:

1. Въпрос.

В раздел №1" Механични параметри" - подточка 1.4. - Латерална ротация - изисквания - мин.+/-205° Посоченото изискване за латерална ротация мин. +/-205° дава необосновано предимство на мобилните рентенови системи на един-единствен производител, като в същото време не носи никакви клинични предимства.

Въпрос № 1: Ще бъдат ли допуснати до участие Участници предлагащи мобилна рентгенова система тип С само с Латерална ротация в диапазон мин. +/-190, който е напълно достатъчен за покриването на клиничните нужди при извършване на ортопедични и травматологични интервенции?

Отговор № 1. :

Възложителят в настоящата обществена поръчка е заложил в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие „Минимални технически и функционални възможности“. В раздел №1" Механични параметри" - подточка 1.4. - Латерална ротация - изисквания - мин.+/-205°. Възложителят няма да допуска до участие, участници предлагащи параметри по-ниски от заложените в Приложение № 1 – Техническа спецификация.

2. Въпрос.

В раздел №1 " Механични параметри" - подточка 1.5. - Възможност за странично движение на арката (Wigwag) - изисквания- мин. 25°. Повечето производители на мобилни рентгенови системи тип С-рамо предлагат апарати с Wig-wag движение с обхват от 24°, което е напълно достатъчно да покрие клиничните нужди. Посоченото изискване за странично движение на арката (Wig-wag) мин. 25° дава необосновано предимство на мобилните рентенови системи на един-единствен производител, като завишава минимално посочената стойност без да носи никакви клинични предимства.

Въпрос № 2: Ще бъдат ли допуснати до участие Участници предлагащи мобилна рентгенова система тип С само със странично движение на арката (Wig-wag) мин. 24°, което е напълно достатъчно за покриването на клиничните нужди при извършване на ортопедични и

травматологични интервенции?

Отговор № 2. :

Възложителят в настоящата обществена поръчка е заложил в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие „Минимални технически и функционални възможности“. В раздел №1 " Механични параметри" - подточка 1.5. - Възможност за странично движение на арката (Wigwag) - изисквания- мин. 25°. Възложителят няма да допуска до участие, участници предлагащи параметри по-писки от заложените в Приложение № 1 – Техническа спецификация.

3. Въпрос.

В раздел №5 " Дигитална образна система" - подточка 5.2. - Образна матрица - изисквания - мин. 1024x1024x16 бита. За осигуряването на комфорт на екипа и лесно разграничаване на съответните тъкани и материали при извършване на ортопедични и травматологични интервенции под рентгеноскопичен контрол е напълно достатъчна 14-битова обработка на образа.

Въпрос № 3: Ще бъдат ли допуснати до участие участници предлагащи система с дигитална образна матрица система с матрица мин. 1024 x 1024 x 14 бита?

Отговор № 3. :

Възложителят ще допуска до участие участници предлагащи система с дигитална образна матрица система с образната матрица мин. 1024 x 1024 x 14 бита, която е по масовият предлаган вариант на пазара.

Като в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие „Минимални технически и функционални възможности“ в раздел №5 " Дигитална образна система" - подточка 5.2. - Образна матрица - изисквания - мин. 1024x1024x16 бита да се разбира – минимални технически изисквания - Образна матрица - изисквания - мин. 1024x1024x14 бита.

4. Въпрос.

В раздел №5 " Дигитална образна система" - подточка 5.4. - 2 бр. плоски LCD монохромни монитори, разположени на допълнителна работна станция - изисквания - размер мин. 19", висока резолюция.

Въпрос № 4: Ще бъдат ли допуснати до участие участници предлагащи система с 2 бр. плоски LCD цветни монитори, разположени на допълнителна работна станция - изисквания - размер мин. 19", висока резолюция?

Отговор № 4. : Възложителят в настоящата обществена поръчка е заложил в Приложение № 1 – Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие „Минимални технически и функционални възможности“. В раздел №5 " Дигитална образна система" - подточка 5.4. - 2 бр. плоски LCD монохромни монитори, разположени на допълнителна работна станция - изисквания - размер мин. 19", висока резолюция. Възложителят ще допусне до участие, участници предлагащи LCD цветни монитори, разположени на допълнителна работна станция - изисквания - размер мин. 19", висока резолюция, предназначени за рентгенова диагностика и съобразени със спецификата на медицинските изследвания, които ще се правят.

Настоящото да се приобщи към документацията по настоящата обществена поръчка, като се публикува в сайта на МБАЛ"ПРОФ.Д-Р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД гр.Ловеч към преписка 00732-2018-0009.

Чл.2 ЗЗЛД

Изпълнителен директор:.....
д-р Анка Георгиева